



Suchen: Alle Textspalten

Los

Aktionen ▾



Zurücksetzen

Test-ID	Handelsname des Herstellers / Europ. Bevollmächtigten	Evaluierung PEI	Hersteller			Europäischer Bevollmächtigter			Deutsche(r) Vertreiber	Testort*	Sensitivität		Spezifität	
			Name ↑	Stadt	Land	Name	Stadt	Land			%	95%iges Vertrauensintervall	%	95%iges Vertrauensintervall
AT495/20	Swiss Point of Care SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	Nein	ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Hangzhou	CN	MedNet GmbH	Münster	DE	🔗 Deta...	POC (ohne Gerät)	96,90	92,8 - 98,9	99,50	98,1 - 99,9
AT434/21	FIAflex SARS-CoV-2 Antigen FIA	Nein	ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Hangzhou	CN	MedNet GmbH	Münster	DE	🔗 Deta...	POC (mit Gerät)	97,50	93,61 - 99,30	99,50	98,25 - 99,94
AT874/21	Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal/Saliva)	Nein	ACON Laboratories, Inc.	San Diego	US	MDSS GmbH	Hannover	DE	🔗 Deta...	POC (ohne Gerät)	97,10	93,1 - 98,9	99,50	98,2 - 99,9
AT875/21	Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Strip	Nein	ACON Laboratories, Inc.	San Diego	US	MDSS GmbH	Hannover	DE	🔗 Deta...	POC (mit Gerät)	97,40	92,3 - 99,50	99,80	98,5 - 100
AT594/21	FIAflex SARS-CoV-2 Antigen FIA	Nein	ACON Laboratories, Inc.	San Diego	US	MDSS GmbH	Hannover	DE	🔗 Deta...	POC (mit Gerät)	97,50	93,61 - 99,30	99,50	98,25 - 99,94
AT503/20	SARS-CoV-2-Antigenschnelltest	Nein	ACON Laboratories, Inc.	San Diego	US	MDSS GmbH	Hannover	DE	🔗 Deta...	POC (ohne Gerät)	96,90	92,8 - 98,9	99,50	98,1 - 99,9